

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

REQUERIMENTO Nº 267/2016

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em 23 / 11 / 2016	


Israel Francisco de Oliveira
(lôco)
2º Secretário

Solicita informações referentes a Emenda Parlamentar no Orçamento da União, no valor de R\$ 249.980,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais) de autoria do Deputado Federal Herculano Passos para a Unidade de Saúde Central

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Os Vereadores da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque receberam um telegrama, enviado pelo Deputado Federal Herculano Passos, comunicando sobre empenho referente à Proposta nº 11348758000116010, referente à viabilização de recursos de Emenda de autoria daquele Parlamentar no valor de R\$ 249.989,00, no Ministério da Saúde para Equipamentos, para a Unidade Central de Saúde São Roque.

Nos termos da proposta (cuja cópia segue anexa), foram constatadas algumas pendências, que deveriam ser sanadas para a efetiva liberação dos recursos.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Informar se foram sanadas as pendências apontadas no termo da proposta, para a liberação de tais recursos. Se não, justificar e enumerar quais não foram sanadas.
2. Informar quais providências ainda devem ser adotadas – e, em qual prazo serão – para o recebimento de tais recursos oriundos da Emenda.
3. Informar qual a previsão para o recebimento pelo Município de São Roque para o recebimento dos recursos oriundos da Emenda supra mencionada.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 23 de novembro de 2016


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSUR 23/11/2016 - 11:50:41 05693/2016/les

CONTEÚDO DA MENSAGEM

<<Prezado(a) Vereador(a)

Tenho a grata satisfação de informar sobre o EMPENHO referente à Proposta nº 11348758000116010; conforme viabilização de recursos de Emenda de minha autoria no valor de R\$ 249.989,00 no Ministério da Saúde para Equipamentos.

Estamos todos à disposição para melhores esclarecimentos, em Brasília no (61) 3215-5926.

Forte abraço!

Herculano Passos
Deputado Federal>>

DEP. HERCULANO PASSOS
Todos Praça dos Três Poderes . ANEXO IV GAB.
926
Zona Cívico-Administrativa
70160-900 - Brasília/DF

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 1 Mudou-se | ☐ 6 Recusado |
| ☐ 2 Ausente | ☐ 7 Falecido |
| ☐ 3 Desconhecido | ☐ 8 Não existe o número indicado |
| ☐ 4 Endereço insuficiente. Faltou: | |
| ☐ 5 Outros (Especificar) | |



MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. PROPOSTA:
11348758000116010

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

CNPJ	Nome do Fundo de Saúde	
11.348.758/0001-31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE	
Endereço Completo	Esfera Administrativa	Tipo
SAO PAULO	MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TABOAO		
CEP	UF	Município
18135-125	SP	SAO ROQUE

Parecer

Tipo: PARECER EQUIPAMENTO

Situação: FAVORAVEL

Data: 26/10/2016

PARECER TÉCNICO-ECONÔMICO - MS/SE/DEFNS/CGAFI/COAINF

Conclusão: Não objeção

A(O) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE/SP, por intermédio da Proposta Fundo a Fundo nº 11348758000116010, apresenta pleito para a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, identificados e caracterizados conforme as especificações técnicas constantes na Seção "Equipamentos/Material Permanente, para a(s) seguinte(s) Unidade(s) Assistida(s): UNIDADE CENTRAL DE SAUDE SÃO ROQUE".

De acordo com a sistemática de análise instituída pelas Normas de Cooperação Financeira na modalidade Fundo a Fundo, aprovada pela Portaria MS nº 3134 de 17 de Dezembro de 2013, a presente Proposta obteve preliminarmente, conforme Pareceres finais emitidos pela Secretaria de Atenção a Saúde/MS em 15/09/2016 14:20:40 (parecer favorável) e 19/09/2016 10:44:56 (parecer de acordo), junto ao Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS), Parecer Técnico de Mérito Favorável para a solicitação de recursos financeiros visando a aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Compreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e compatibilidade do pleito com as questões relacionadas aos objetivos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil e papel estratégico da instituição proponente para o desenvolvimento regional e na descentralização do atendimento, bem como a necessidade de infraestrutura física e de recursos humanos necessários para o funcionamento e operabilidade dos equipamentos pleiteados.

Em concordância com as referidas Normas, este Parecer Técnico de Equipamentos visa avaliar, com base na descrição e detalhamento das especificações técnicas apresentadas, somente a compatibilidade técnico-econômica de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE pleiteados, abstraíndo-se aspectos relacionados à habilitação do proponente e seus dirigentes, mérito da proposta, viabilidade e sustentabilidade do pleito, e questões de natureza jurídico/legais e contábil/financeiras.

Nesse sentido, considerando as informações de preços colhidas no âmbito deste Ministério e com base exclusivamente na análise do último conjunto de especificações enviado pelo

Proponente, conforme cópia da Proposta extraída do Sistema de Propostas Fundo a Fundo (SISPROFNS) do dia 26/10/2016, não foram observadas distorções significativas que justificassem uma objeção à aprovação da Proposta em pauta.

Nestes termos, sob o ponto de vista exclusivamente técnico-econômico, restrito às especificações técnicas e valores apresentados na Proposta analisada, nada temos a opor quanto à aprovação dos itens relativos a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE no valor total de R\$ 249.989,00 (Duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais).

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

As análises das estimativas de preço apresentadas na presente proposta utilizaram como referência o SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde, composta pela RENEM que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS, bem como, o PROCOT - Programa de Cooperação Técnica, que é um banco de dados do Ministério da Saúde, que contem informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores especializados, além de pesquisas em sistemas com estimativas de preços de tecnologias médicas, como o ECRI Institute.

Ressaltamos que não foram avaliadas, nessa etapa, plantas técnicas, características técnicas do(s) local(is) de instalação, sustentabilidade, viabilidade técnica, autorizações eventualmente necessárias de órgãos competentes, e adequação à outras exigências que não se relacionassem diretamente com a avaliação da compatibilidade técnico-econômica dos equipamentos médico-hospitalares descritos na Proposta em questão, tendo em vista que essas verificações são de responsabilidade de outras áreas finalísticas que já as fizeram ou as farão, caso necessárias, em etapa posterior a presente análise.

Informamos que os itens com indicação de Registros de Preços, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, não foram objeto de análise desta coordenação, por já terem sido licitados e homologados, considerando os dispositivos do Decreto 7892 de 23/01/2013, do Decreto 8250 de 23/05/2014 e da Lei 8666/93.

Este parecer não afasta a necessidade de cumprimento integral da Lei de Licitações e Contratos n.º 8.666/93 (quando couber) e demais legislações aplicáveis, como a apresentação do registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para os itens cujo registro é de caráter obrigatório.

Conforme o Decreto nº 5.504/2005 as compras a serem realizadas, por entes públicos ou privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente pela União, devem ser contratadas mediante processo de licitação pública na modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica.

Caso a proposta em pauta venha resultar no repasse de recursos financeiros para a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, lembramos que os itens a serem adquiridos deverão ser novos, sendo vedada a aquisição de equipamentos usados, recondicionados ou remanufaturados.

Para efeito de licitação, as especificações dos itens deverão ser suprimidas de quaisquer referências a marcas ou modelos, bem como características dimensionais ou de desempenho, que direcionem para determinado fabricante/empresa ou restrinjam a ampla participação de licitantes no certame.

Os valores ora analisados não deverão ser utilizados como referência única e absoluta de preços no processo licitatório. A comissão de licitações do conveniente, de acordo com o estabelecido na legislação vigente, deverá realizar preliminarmente a cotação e aferição de cada item, buscando na licitação a aquisição dos itens pelo melhor preço possível, respeitando-se a coerência de especificações e preços constantes na relação de itens aprovada.

Att.



Tipo: PARECER TECNICO

Situação: FAVORAVEL

Data: 15/09/2016

PARECER DE MÉRITO - DAET/SAS/MS

Conclusão: FAVORÁVEL

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, por intermédio da Proposta nº 11348758000/116010, tendo como Unidade (s) Assistida(s) a UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE SÃO ROQUE, apresenta pleito para a aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes.

A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE SÃO ROQUE está inscrita no CNES sob o nº 2793385, é classificado como uma Policlínica, gestão Municipal, de natureza de administração direta da saúde (MS, SES, SMS). Presta atendimento ambulatorial e SADT, com nível de atenção ambulatorial em básica e média complexidade.

Compreende-se no Parecer de Mérito a análise da coerência e compatibilidade do pleito com as questões relacionadas aos objetivos, prioridades do Ministério da Saúde, perfil e papel estratégico da instituição beneficiária para o desenvolvimento regional e na descentralização do atendimento, porte do (s) equipamento (s), bem como a necessidade de infraestrutura física e de recursos humanos necessários para o funcionamento e operabilidade dos Materiais pleiteados. Ainda, ressalta-se a prioridade deste Ministério da Saúde no fortalecimento das redes de atenção à saúde local e regional.

Para esta análise de mérito foi considerada a legislação vigente aplicável, ressaltando-se a Portaria GM/MS nº 1.631/2015, que estabelece os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Nos termos das justificativas apresentadas pelo proponente: "Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente. Adscrito. Foram enumerados diversos equipamentos dentre os quais alguns serão direcionados para substituição em virtude de deterioração ocasionada pelo tempo de uso, ou complemento, como é o caso dos divãs (faltante), armários (substituição e complemento), mesas auxiliares (complementos pois algumas são antigas ou improvisadas), biombos, cadeiras de rodas (faltante, a última quebrou e foi direcionado ao serviço de patrimônio da prefeitura). Os equipamentos de fisioterapia (Prono-supinador, Tábua de Tríceps; Tábua de Quadríceps; Espaldar em madeira (Barra / Escada de Ling); TENS e FES; Bicicleta Ergométrica Vertical; Escada Digital em Madeira para Reabilitação). serão para complementar os já existentes, uma vez que a procura por este serviço tem aumentado gradativamente. Os equipamentos de Oftalmologia (Oftalmoscópio binocular Indireto; Cadeira Oftalmológica; Ceratômetro; Retinoscopia; Lensômetro; Coluna Oftalmológica; Projetor Oftalmológico; Refrator de Greens) também serão para complementação, com exceção à lampada de fenda, que constantemente é encaminhada para reparos, inviabilizando seu uso do deixando os pacientes sem atendimento, pois não possuímos equipamento para substituição durante o período em que está em conserto. Em relação ao DEA , a aquisição deste equipamento é importante para atendimento ao paciente em fibrilação, situação de extrema urgência, trará mais segurança ao usuário, por ter característica de ser portátil será útil em atendimento interno e externo das unidades. Os leitores de código de barras foi solicitado objetivando irá dinamizar o atendimento ao público através da leitura do código constante no Cartão SUS e alimentação dos Sistemas, entre outras possibilidades. 86515, 86515. Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente. Sim. Pessoal especializado próprio da unidade hospitalar." Sob o ponto de vista exclusivamente do mérito, restrito às informações contidas na referida proposta, esta Área Técnica: Núcleo de Convênios - DAET/SAS/MS é favorável ao mérito da proposta apresentada. Considerando a coerência entre os itens solicitados e o perfil da entidade de saúde beneficiária, nada tendo a se opor quanto a

aprovação dos itens e quantitativos constantes como aprovados na aba equipamentos do Sistema de Convênios.

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

Ressalta-se que a proposta será submetida à área de análise técnico-econômica, a qual emitirá parecer sobre o custo apresentado, em que os valores estimados e discriminados no detalhamento da proposta serão analisados frente aos valores de mercado da região de inserção da unidade requerente, podendo ocorrer ajustes.

Chama-se atenção para o fato de que a não objeção produzida por esse parecer refere-se aos objetos avaliados na proposta nº 11348758000/116010, datada de 15/09/2016, contendo o item abaixo:

- Armário - Qtd. Aprov.: 1
- Balança Antropométrica Adulto - Qtd. Aprov.: 3
- Barras Paralelas para Fisioterapia - Qtd. Aprov.: 1
- Bicicleta Ergométrica Vertical - Qtd. Aprov.: 1
- Biombo - Qtd. Aprov.: 3
- Bisturi Elétrico (até 165 W) - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira de Rodas Adulto - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira de Rodas para Obeso - Qtd. Aprov.: 2
- Cadeira Oftalmológica - Qtd. Aprov.: 1
- Cardioversor - Qtd. Aprov.: 2
- Ceratômetro - Qtd. Aprov.: 1
- Colposcópio - Qtd. Aprov.: 1
- Coluna Oftalmológica - Qtd. Aprov.: 1
- DEA - Desfibrilador Externo Automático - Qtd. Aprov.: 3
- Divã - Qtd. Aprov.: 2
- Escada Digital em Madeira para Reabilitação - Qtd. Aprov.: 1
- Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) - Qtd. Aprov.: 1
- Espirômetro - Qtd. Aprov.: 2
- Lâmpada de Fenda - Qtd. Aprov.: 1
- Leitor de Código de Barras - Qtd. Aprov.: 3
- Lensômetro - Qtd. Aprov.: 1
- Mesa Auxiliar - Qtd. Aprov.: 4
- Monitor Multiparâmetros - Qtd. Aprov.: 2
- Oftalmoscópio Binocular Indireto - Qtd. Aprov.: 1
- Projetor Oftalmológico - Qtd. Aprov.: 1
- Prono-supinador - Qtd. Aprov.: 3
- Refrator de Greens - Qtd. Aprov.: 1
- Retinoscópio - Qtd. Aprov.: 1
- Tábua de Quadríceps - Qtd. Aprov.: 3
- Tábua de Tríceps - Qtd. Aprov.: 3
- TENS e FES - Qtd. Aprov.: 7
- Tonômetro - Qtd. Aprov.: 1

Brasília, 15 de setembro de 2016.



PARECER DE DILIGÊNCIA

Situação da proposta: Diligência

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, por intermédio da Proposta nº 11348758000/116010, apresenta pleito para a aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes.

Para emissão de parecer conclusivo, requer adequação da justificativa com as seguintes adequações:

REITERO SOLICITAÇÃO ABAIXO:

(1) Para desgaste da vida útil, é necessário o Laudo de Obsolescência Tecnológica, conforme orientação abaixo.

(2) Para substituição é necessário anexar Laudo de Obsolescência Tecnológica, assinado, datado e carimbado por engenheiro clínico E pelo Diretor da unidade, se não houver o engenheiro clínico, pode ser assinado por um técnico capacitado e pelo Diretor da unidade, (Laudo deverá ser feito por profissional capacitado), deverá conter ano de fabricação, marca, modelo e número de serie, de cada equipamento para substituir.(INFORMAR OS PROBLEMAS DOS EQUIPAMENTO).


(3) Anexar memorial fotográfico dos equipamentos a fim de comprovar a necessidade desta substituição;

IMPORTANTE: Solicita-se o atendimento desta diligência tão logo possível, sob o risco inviabilização da proposta por decurso do prazo. (61)33157869.

Tipo: PARECER TECNICO

Situação: DILIGENCIA

Data: 12/09/2016



PARECER DE DILIGÊNCIA

Situação da proposta: Diligência

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, por intermédio da Proposta nº 11348758000/116010, apresenta pleito para a aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes.

Para emissão de parecer conclusivo, requer adequação da justificativa com as seguintes adequações:

REITERO SOLICITAÇÃO ABAIXO:

(1) Para desgaste da vida útil, é necessário o Laudo de Obsolescência Tecnológica, conforme orientação abaixo.

(2) Para substituição é necessário anexar Laudo de Obsolescência Tecnológica, assinado, datado e carimbado por engenheiro clínico E pelo Diretor da unidade, se não houver o engenheiro clínico, pode ser assinado por um técnico capacitado e pelo Diretor da unidade, (Laudo deverá ser feito por profissional capacitado), deverá conter ano de fabricação, marca, modelo e número de serie, de cada equipamento para substituir.(INFORMAR OS PROBLEMAS DOS EQUIPAMENTO).

(3) Anexar memorial fotográfico dos equipamentos a fim de comprovar a necessidade desta substituição;

(4) Adequar o Termo de Compromisso de acordo com o disponível no site do FNS.

IMPORTANTE: Solicita-se o atendimento desta diligência tão logo possível, sob o risco inviabilização da proposta por decurso do prazo. (61)33157869.

Tipo: PARECER TECNICO

Situação: DILIGENCIA

Data: 09/09/2016



PARECER DE DILIGÊNCIA

Situação da proposta: Diligência

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, por intermédio da Proposta nº 11348758000/116010, apresenta pleito para a aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes.

Para emissão de parecer conclusivo, requer adequação da justificativa com as seguintes adequações:

REITERO SOLICITAÇÃO ABAIXO:

- (1) Adequar à justificativa informando quais equipamentos é para substituição e quais são para ampliação;
- (2) Para substituição é necessário anexar Laudo de Obsolescência Tecnológica, assinado, datado e carimbado por engenheiro clínico E pelo Diretor da unidade, se não houver o engenheiro clínico, pode ser assinado por um técnico capacitado e pelo Diretor da unidade, (Laudo deverá ser feito por profissional capacitado), deverá conter ano de fabricação, marca, modelo, e número de serie, de cada equipamento para substituir.(INFORMAR OS PROBLEMAS DOS EQUIPAMENTO).
- (3) Anexar memorial fotográfico dos equipamentos a fim de comprovar a necessidade desta substituição;
- (4) Para ampliação informar se haverá contratação de recursos humanos e se possui ambientes adequados para os novos equipamentos.
- (5) Anexar o Termo de Compromisso de acordo com o disponível no site do FNS.

IMPORTANTE: Solicita-se o atendimento desta diligência tão logo possível, sob o risco inviabilização da proposta por decurso do prazo.

Tipo: PARECER TECNICO

Situação: DILIGÊNCIA

Data: 06/09/2016



PARECER DE DILIGÊNCIA

Situação da proposta: Diligência

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, por intermédio da Proposta nº 11348758000/116010, apresenta pleito para a aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes.

Para emissão de parecer conclusivo, requer adequação da justificativa com as seguintes adequações:

REITERO SOLICITAÇÃO ABAIXO:

- (1) Adequar à justificativa informando quais equipamentos é para substituição e quais são para ampliação;
- (2) Para substituição é necessário anexar Laudo de Obsolescência Tecnológica, assinado, datado e carimbado por engenheiro clínico E pelo Diretor da unidade, se não houver o engenheiro clínico, pode ser assinado por um técnico capacitado e pelo Diretor da unidade, (Laudo deverá ser feito por profissional capacitado), deverá conter ano de fabricação, marca, modelo e número de serie, de cada equipamento para substituir. (INFORMAR OS PROBLEMAS DOS EQUIPAMENTO).
- (3) Anexar memorial fotográfico dos equipamentos a fim de comprovar a necessidade desta substituição;
- (4) Para ampliação informar se haverá contratação de recursos humanos e se possui ambientes adequados para os novos equipamentos.
- (5) Favor retirar os equipamentos solicitados para o ambiente COPA/COZINHA, visto que segundo o CNES da unidade assistida não possui esse serviço.
- (6) Anexar o Termo de Compromisso de acordo com o disponível no site do FNS.

IMPORTANTE: Solicita-se o atendimento desta diligência tão logo possível, sob o risco inviabilização da proposta por decurso do prazo.

Tipo: PARECER TECNICO

Situação: DILIGENCIA

Data: 21/03/2016



PARECER DE DILIGÊNCIA

Situação da proposta: Diligência

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, por intermédio da Proposta nº 11348758000/116010, apresenta pleito para a aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes.

Para emissão de parecer conclusivo, requer adequação da justificativa com as seguintes adequações:

(1) Adequar à justificativa informando quais equipamentos é para substituição e quais são para ampliação;

(2) Para substituição é necessário anexar Laudo de Obsolescência Tecnológica, assinado, datado e carimbado por engenheiro clínico E pelo Diretor da unidade, se não houver o engenheiro clínico, pode ser assinado por um técnico capacitado e pelo Diretor da unidade, (Laudo deverá ser feito por profissional capacitado), deverá conter ano de fabricação, marca, modelo, e número de serie, de cada equipamento para substituir.(INFORMAR OS PROBLEMAS DOS EQUIPAMENTO).

(3) Anexar memorial fotográfico dos equipamentos a fim de comprovar a necessidade desta substituição;

(4) Para ampliação informar se haverá contratação de recursos humanos e se possui ambientes adequados para os novos equipamentos.

(5) Favor retirar os equipamentos solicitados para o ambiente COPA/COZINHA, visto que segundo o CNES da unidade assistida não possui esse serviço.

(6) Anexar o Termo de Compromisso de acordo com o disponível no site do FNS.

IMPORTANTE: Solicita-se o atendimento desta diligência tão logo possível, sob o risco inviabilização da proposta por decurso do prazo.



IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

CNPJ 11.348.758/0001-31	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE	
Endereço Completo SAO PAULO TABOAO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 18.135-125	UF SP	Município SAO ROQUE

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
33460003 - R\$ 249.989,00 - HERCULANO PASSOS

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	UNIDADE CENTRAL DE SAUDE SAO ROQUE		
Tipo Unidade:	POLICLINICA		
CNPJ:	70.946.009/0001-75	CNES:	2793385
Endereço:	PROFESSOR FERNANDO DE LIMA - CENTRO, CEP:18130360		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

OBJETO DE AQUISIÇÃO DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE CENTRAL DE SAUDE SAO ROQUE	CNES:	2793385
---------------------------	------------------------------------	--------------	---------

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE CENTRAL DE SAUDE SAO ROQUE**

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	20.000,00	40.000,00
Característica Física	Especificação		
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI		
RESPIRAÇÃO	POSSUI		
TEMPERATURA	POSSUI		
TIPO DE MONITOR	LCD		
TAMANHO DA TELA	DE 10" A 12"		
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI		
OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI		
PRESSÃO INVASIVA (PI)	NÃO POSSUI		
DÉBITO CARDÍACO	NÃO POSSUI		
CAPNOGRAFIA (ETCO2)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	3	8.000,00	24.000,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 200 CHOQUES		
TELA DE ECG	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cardioversor	2	19.000,00	38.000,00

Característica Física		Especificação	
IMPRESSORA		POSSUI	
MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO		NÃO POSSUI	
MÓDULO DEA		POSSUI	
OXIMETRIA (SPO2)		NÃO POSSUI	
BATERIA		POSSUI	
TIPO		BIFÁSICO	
COMANDO NAS PÁS		CARGA E DISPARO	
PÁS INTERNAS		NÃO POSSUI	
MEMÓRIA DE ECG		POSSUI	
Especificação Técnica			
Ambiente: Recepção/Registro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Leitor de Código de Barras	3	400,00	1.200,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		MANUAL	
FEIXE DE LUZ		BIDIRECIONAL	
FONTE DE LUZ		LASER 650 nm	
VELOCIDADE DE LEITURA		100 P/S	
INTERFACE		USB	
GARANTIA		MÍNIMA DE 12 MESES	
Especificação Técnica			
TIPO = MANUAL FEIXE DE LUZ = BIDIRECIONAL FONTE DE LUZ = LASER 650m VELOCIDADE DE LEITURA = 100 P/S INTERFACE = USB GARANTIA = MÍNIMA DE 12 MESES			
Ambiente: Consultório Oftalmologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tonômetro	1	3.660,00	3.660,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 60mmHg, precisão +ou- 0,5mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ceratômetro	1	11.439,00	11.439,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Possuir sistema simples de medição do astigmatismo, com as seguintes faixas de medições aproximadas: medição da curvatura corneana: 5,5 a 11mm; medição de astigmatismo de 35 a 68 D; eixo do astigmatismo: 0 a 180graus. Com mesa elétrica. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Retinoscópio	1	2.928,00	2.928,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Deve possuir sistema de foco externo com rotação contínua, filtro polarizador linear cruzado, cartões de alvo magnéticos para retinoscopia dinâmica, focalização e rotação de 360º da fenda. Iluminação 3.5v a bateria ou elétrica. Composto de: 01.cabeça de retinoscópio, 01 cabo recarregável, 01 carregador de mesa, 01 lâmpada 3.5v e 01 estojo de proteção.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lensômetro	1	3.202,00	3.202,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Lensômetro leitura externa com mira em cruz e sem compensador de prisma. Deve possuir escala externa ampliada e as seguintes faixas de medições: Dioptrias -25D/+25D , fixação da lente: 16 a 80 mm, eixo: 0 a 180º e escala de leitura: 0,125D			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Coluna Oftalmológica	1	7.500,00	7.500,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Fabricada em chapa metálica tratada contra corrosão e pintura eletrostática a pó, o que garante grande durabilidade e estabilidade do conjunto. * Liga/desliga projetor * Liga/desliga e controle da intensidade da luz da sala / consultório * Liga/desliga e controle da intensidade da luz da luminária * Indicação de utilização no painel para o Oftalmoscópio e Retinoscópio			

-OPCIONAIS INCLUSOS * Controle dos movimentos da cadeira * Carregador de baterias com duas entradas para Retinoscópio ou Oftalmoscópio portáteis. * Braço pantográfico para o refrator com ajuste longitudinal * Dois braços com bandejas de apoio (uma em aço e uma revestida em fórmica) * Tomadas auxiliares * Fonte eletrônica para alimentação do Oftalmoscópio e Retinoscópio com seletor de tensão ajustável de 2,5v a 6,0 v. Especificações Elétricas: Tensão de Alimentação: 110 v e 130 v ~ / 220v - 230 v ~ Reversão Automática Frequência: 50/60Hz Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projetor Oftalmológico	1	4.600,00	4.600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

PROJETOR DE OPTÓTIPOS - Distância do projetor: 1,5m e 6,1m; número de gráficos: 30; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação de projeção: 30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8, isolação simples 21, r&g 1: máscara de mudança: 1 frame / 0.03 segundos; etapa do programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10° cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto desligamento: depois de 10 minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz (voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lâmpada de Fenda	1	21.505,00	21.505,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Lâmpada de fenda oftalmológica com oculares de 10 e 16x e montagem sobre mesa motorizada; com filtros azul cobalto, verde, neutro, absorção de calor e passagem livre de luz. Faixa mínima de ajustes de dioptrias -8d a +8d, com ajuste da distância pupilar, com largura de fenda contínua de 0 a 180 graus, comprimento de fenda contínuo de 1 mm a 8 mm, inclinação da fenda de 0 a 25°. Iluminação por lâmpada-halógena, com potência mínima de 25W com controle de intensidade. Com campo de observação aproximado de 9 mm, 11,25 mm, 14,5 mm e 18 mm, seletor de ampliação de no mínimo 02 passos por rotação de lente objetiva. Deve possuir saída auxiliar para acoplamento de câmera digital e acompanhar: suporte para queixo, mesa elétrica, bastão de testes e suporte para tonômetro de aplanacao. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Refrator de Greens	1	11.000,00	11.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Equipamento com todas as principais lentes e engrenagens internas metálicas, com as seguintes faixas aproximadas: lentes esféricas: +16.75 a -19.00 em escala de 0.25D; ajuste de potência cilíndrica: 0 a -6.00D em escala de 0.25; eixo cilíndrico: 360° (duplo eixo de 180° com escala de 5°); prisma Giratório: 0 a 20 prismas dioptria com um mínimo de 1 graduação; Ajuste interpupilar: 48 mm a 80 mm e Apoio de testa: 16mm para frente e para trás.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio Binocular Indireto	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Oftalmoscópio binocular indireto com sistema de iluminação a Led 5W. Deve possuir alimentação por bateria e ajuste da potência de iluminação no capacete. Distância Pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínima da pupila de 2 mm, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diâmetro dos Spots de Iluminação: 25, 35 e 45 (300mm), filtros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com anti refletor. Acompanhar bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Oftalmológica	1	6.600,00	6.600,00
Característica Física	Especificação		
MOVIMENTO	ELÉTRICO		
ENCOSTO	REGULÁVEL		
APOIO CABEÇA	REGULÁVEL		
ACIONAMENTO DA RESISTÊNCIA	COMANDO LATERAL		

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Dermatologia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica Adulto	3	1.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bisturi Elétrico (até 165 W)	2	3.000,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI		
MICROPROCESSADO	SIM		
ALARMES	POSSUI		

10

POTÊNCIA	ATÉ 100 W		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	3	450,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Pneumologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Espirômetro	2	10.000,00	20.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Espirômetro com turbina reutilizável e conexão direta para porta USB. Deve possuir interpretação do teste de espirometria avançado, animações para uso pediátrico, estimativa de idade pulmonar, teste de provocação brônquica, incluindo protocolo com curva de resposta de FEV1, sensor de temperatura para conversão BTPS. Deve acompanhar software para registros de pacientes com tela dinâmica de gestão de todos os dados e gráficos com interface de HLR. Deve medir minimamente os seguintes parâmetros: FVC, FEV1, FEV1%, FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1 / FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Lung Age, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1 / VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti / t-tot, VT / ti, MVV; Tempo real Fluxo / Loop Volume e Volume / tempo curva com comparação PRÉ / POS BD. Com as seguintes especificações: sensor de temperatura de semicondutores (0-45 ° C), sensor de fluxo com turbina digitais bi-direcional, fluxo intervalo: aproximadamente 16 L / s, precisão do volume: aproximadamente 3% ou 50 ml, fluxo de precisão: aproximadamente 5% ou 200 mL / s e resistência dinâmica a 12 L/s: menor que 0,5 cmH2O / L/s.			
Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Colposcópio	1	16.000,00	16.000,00
Característica Física	Especificação		
AUMENTO	VARIÁVEL		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		
MONITOR	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Psicologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Divã	2	900,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REVESTIMENTO	COURVIN		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Nutrição			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO	DE 1,80 X 0,70 M ATÉ 2,10 X 1,10 M (A X L) / AÇO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Pequenas Cirurgias			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	4	250,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO	40X40X80 AÇO/ FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Salão para Cinésioterapia e Mecanoterapia "in loco"			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tábua de Quadríceps	3	140,00	420,00
Característica Física	Especificação		

MATERIAL DE CONFECCÃO		MADEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas para Obeso	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇOS	FIXO		
PÉS	FIXO		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bicicleta Ergométrica Vertical	1	2.800,00	2.800,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Funções mínimas no Pannel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço. Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário: mínimo de 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada Digital em Madeira para Reabilitação	1	85,00	85,00
Característica Física		Especificação	
TAMANHO	9X137X3 CM (LxCxA)		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Barras Paralelas para Fisioterapia	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física		Especificação	
COMPOSIÇÃO	2 METROS/ AÇO/ COM PISO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Prono-supinador	3	300,00	900,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Prono-supinador, exercitador rolo e rotor de punho, para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho, montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede, rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência rotor em estrutura metálica, com empunhadura de madeira com resistência regulável, medidas aproximadas 0,70x0,15x0,19m.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tábua de Triceps	3	100,00	300,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Espalder em Madeira (Barra/ Escada de Ling)	1	600,00	600,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA		
REGULAGEM	NÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
TENS e FES	7	1.150,00	8.050,00
Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE CANAIS	MÍNIMO DE 04		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas Adulto	2	600,00	1.200,00

Característica Física	Especificação	
PÉS	REMOVÍVEL	
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO	
BRÇOS	FIXO	
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI	
SUPORTE DE SORO	POSSUI	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	62	249.989,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS		
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)	
62	249.989,00	

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
005762	SAO ROQUE
ENDEREÇO	
RUA PROFESSOR GERMANO NEGRINI, 125 CENTRO CEP:18.130-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Outros documentos para a Proposta - Materiais Deteriorados - Improvisados.pdf
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de Compromisso SR.pdf

A