

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Rejeitado
<input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>09/AGO/2017</u>	


José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

REQUERIMENTO Nº 148/2017

Solicita a cópia do laudo de vistoria da Vigilância Sanitária, nas dependências da Santa Casa da área recentemente reformada pela FENAESC


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tendo em vista que aparentemente o resultado da reforma efetuada no prédio da Santa Casa, durante o período de 2016 pela Fenaesc, apresenta uma série de dúvidas com a relação à adequação de hospital, inclusive pela falta de janelas, e banheiros sem ventilação.

Posto isto, Julio Antonio Mariano, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. A Vigilância Sanitária efetuou recentemente uma vistoria nas dependências da Santa Casa?
2. Se afirmativo, encaminhar uma cópia do laudo, bem como o parecer da vigilância sanitária com relação à adequação da reforma efetuada.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 1 de agosto de 2017


JULIO ANTONIO MARIANO
Vereador

PROCOLO Nº CETSRS 01/08/2017 - 12:42 3882/2017





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 691/2017-GP

São Roque, 04 de setembro de 2017

Assunto: Requerimento n.º 148/2017, de autoria do
vereador Júlio Antonio Mariano

Senhor Vereador Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, segue cópia da manifestação da direção de nosso Departamento de Saúde.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovarmos os protestos da mais alta estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Departamento de Saúde

São Roque, 17 de Agosto de 2017.

DE : DEPARTAMENTO DE SAÚDE

PARA: GABINETE

Memorando Nº267/2017

REF.: Requerimento nº 148/17 - Vereador Julio Antonio Mariano - Solicitação de copia do laudo da Santa Casa da área recentemente reformada pela FENAESC.

Em atendimento ao requerimento acima mencionado, o Departamento de Saúde tem a informar que sim, foi realizada vistoria técnica pela Vigilância Municipal nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de São Roque no período de 24/05 a 14/06/2017. Encaminhamos o laudo completo de todas as instalações, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Andrea Helena de Moraes Rodrigues
RG 19.175.845-0
Diretora Departamento de Saúde



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SÃO ROQUE

14/08/2017

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág.1

No.000608/17

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

70.946.009/0001-75 002852 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO ROQUE
CNPJ/CPF Código SIA Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

70.945.936/0001-70 355060501-861-000013-1-7
CNPJ/CPF Número de Cadastro - CEVS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA SANTA ISABEL nº 0186

Logradouro, No

VL. MARQUES

SÃO ROQUE / SP

Bairro

Município / UF

(11) 47135400

(11) 47135349

18130-565

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

PROGRAMADA

24/05/2017

14/06/2017

Origem do Procedimento

Início (Data)

Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

FISCALIZAÇÃO OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIA

- Finalidade:

CADASTRO / LICENÇA

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

VISTORIA ACOMPANHADA PELA ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA GEISA PICIRILLO, ENFERMEIRA DA CCIH VANESSA COMPANHONI E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ANDRÉA.

- Relato da situação:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

TRATA-SE DE HOSPITAL GERAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE COM ATENDIMENTO SUS, CONVENIO E PARTICULAR, SENDO REFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE MAIRINQUE, ARAÇARIGUAMA, ALUMÍNIO E IBIUNA. O HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA O ACESSO DE ALTA COMPLEXIDADE É O CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA ATRAVÉS DAS VAGAS CROSS.

O HOSPITAL POSSUI ATUALMENTE 81 LEITOS DIVIDIDOS ENTRE AS CLÍNICAS MÉDICA E CIRÚRGICA (24 SUS, 08 CONVENIO E PARTICULAR), PEDIATRIA (4 SUS), PSIQUIATRIA (04), MATERNIDADE (16 SUS E 06 CONVENIO, 03 PRE PARTO E 01 OBSERVAÇÃO), PRONTO SOCORRO (10 OBSERVAÇÃO ADULTO E 03 INFANTIL) E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA (02 LEITOS).

HOJE CONTA COM 254 FUNCIONÁRIOS EM SEU QUADRO DE RECURSOS HUMANOS, SENDO COMPLEMENTADO PELAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

No.000608/17

VISTORIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2017 ACOMPANHADA PELA ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA GEISA PICIRILLO, ENFERMEIRA DA CCIH VANESSA COMPANHONI E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ANDRÉA.

CONTRATOS

- LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S/A, CNPJ 03545820/0001-57, COM SEDE EM SÃO ROQUE, ALVARÁ SANITÁRIO VIGENTE ATÉ 11/2017;
- CETESB: APRESENTOU NÚMERO DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO NÚMERO 764 DE 10/05/2017;
- LABORATÓRIO UNION ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA, CNPJ 08182467/0001-42 COM SEDE EM COTIA: NÃO FOI APRESENTADO O ALVARÁ SANITÁRIO DA MATRIZ E FILIAL;
- COLSAN: NÃO FOI APRESENTADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A ENTREGA DE HEMOCOMPONENTE;
- TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA, CNPJ 10693615/0001-02 COM SEDE EM MAIRINQUE: NÃO FOI APRESENTADO O ALVARÁ SANITÁRIO DA INSTITUIÇÃO
- CLINICA DIAG MED – SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ 08294531/0002-27: NÃO FOI APRESENTADO O ALVARÁ SANITÁRIO DA MATRIZ E FILIAL;
- ALIMENTOS: NÃO FOI APRESENTADO O ALVARÁ SANITÁRIO DA INSTITUIÇÃO QUE FORNECE ALIMENTOS;
- MATERIAIS DE LIMPEZA: NÃO FOI APRESENTADO O ALVARÁ SANITÁRIO DA INSTITUIÇÃO;
- OXIGÊNIO: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- COLETA DE RESÍDUOS: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- AVCB: NÃO FOI APRESENTADO;
- EMPRESA QUE FORNECE OS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NEM ALVARÁ SANITÁRIO;
- STERILENO: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- CONTRATOS DAS EMPRESAS MEDICAS NAS ÁREAS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, CLINICA MEDICA, CIRÚRGIÃO E ANESTESIA: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- PEDIATRIA NAS ÁREAS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, BERÇARIO, CENTRO OBSTÉTRICO E INTERNAÇÃO: EMPRESA INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE – EIRELI – EPP, CNPJ 22889762/0001-23.
- ORTOPEDIA NAS ÁREAS DE EMERGÊNCIA A DISTANCIA E TRAUMATOLOGIA AMBULATORIAL: GOF SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05458306/0001-00.
- GINECOLOGIA E OBSTETRICIA: NISHIMURA BELINI E COSTA SOCIEDADE SIMPLES - ME, CNPJ 08595519/0001-71;
- PRODUTOS DE HIGIÊNE: NÃO FOI APRESENTADO O ALVARÁ SANITÁRIO DA INSTITUIÇÃO;
- MULTIMED, CNPJ 62334156/0001-66: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

No.000608/17

- TEST SERVICE MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS, CNPJ 19299770/0001-05: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- MEDCLYN, CNPJ 19387123/0001-55: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- FC MED, CNPJ 22716553/0001-88: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO, CNPJ 72852536/0001-46: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
- OXYSYSTEM, CNPJ 58763350/0001-90: NÃO FOI APRESENTADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

COMISSÕES DE SAÚDE

- COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS: NÃO FOI APRESENTADO;
- COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS: NÃO FOI APRESENTADO;
- COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA: NÃO FOI APRESENTADO;
- COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: NÃO EXISTE ESTA COMISSÃO, POIS A EDUCAÇÃO PERMANENTE ESTA ASSOCIADA A COMISSÃO DA CCIH E A CADA DEPARTAMENTO DO HOSPITAL.
- COMISSÃO DE CURATIVOS: REGIMENTO OK E ÚLTIMAS REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2016 E ABRIL DE 2017;
- COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM: REGIMENTO OK E REUNIÕES MENSAIS
- COMISSÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTOS DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE: NÃO FORAM APRESENTADAS AS REUNIÕES E PLANO DE AÇÃO;
- PGRSS: FOI APRESENTADO, POREM NA PRATICA NÃO FOI OBSERVADO A CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES. ABRIGO DOS RESIDUOS NÃO CUMPRE AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS.
- PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL): NÃO FOI APRESENTADO;
- PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS): NÃO FOI APRESENTADO;
- MANUAL DE ROTINAS E POP'S: ATUALIZADOS, DATADOS E ASSINADOS EM 2017, PORÉM FALTOU O POP DA ÁREA DE ENGENHARIA.

ENGENHARIA

O HOSPITAL CONTA COM A PRESENÇA DE 01 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA FÍSICA DA INSTITUIÇÃO. OS EQUIPAMENTOS NECESSITAM DE IDENTIFICAÇÃO CLARA E EVIDENTE DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS.

NÃO FOI APRESENTADO UM MANUAL DE PROCEDIMENTOS REALIZADO PELA ENGENHARIA. FOI APRESENTADO UM CADERNO COM AS MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS.

O HOSPITAL CONTA COM UM GERADOR, ONDE FOI VERIFICADO UMA PLANILHA DE TESTE DIÁRIO DO EQUIPAMENTO.



CCIH (COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR)

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR OFICIALMENTE NOMEADA, JÁ OS MEMBROS DA SCIH SÃO: ENFERMEIRA VANESSA COMPANHONI E TÉCNICA DE ENFERMAGEM CELMA YASUMI YAMAGUTI, NO MOMENTO AUSÊNCIA DE MÉDICO INFECTOLOGISTA.

O HOSPITAL POSSUI CCIH FORMALMENTE NOMEADO COM REGIMENTO INTERO APROVADO 28 DE ABRIL DE 2017, EM ANEXO NO PROCESSO.

NÃO PROMOVE REUNIÕES MENSASIS, POIS AS ATAS CONSTAM DE 08/2016 E A ÚLTIMA EM 04/2017.

A CCIH NÃO PARTICIPA DA COMISSÃO TÉCNICA QUE ADQUIRE OS PRODUTOS E CORRELATOS.

REALIZA CONTROLE SISTEMÁTICO PARCIAL PARA PRESCRIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS COM FORMULÁRIO ESPECÍFICO, LIVRETO DE ANTIMICROBIANOS, POIS OS MANUAIS E ROTINAS TÉCNICO OPERACIONAIS VISANDO A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES HOSPITALARES NÃO ESTÃO VALIDADOS PELO NOVO DIRETOR TÉCNICO DO HOSPITAL. AUSENCIA DO MEDICO INFECTOLOGISTA DIFICULTANDO O CONTROLE SISTEMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS PELA SCIH.

A CCIH/SCIH ESTABELECE AS DIRETRIZES BÁSICAS PARA OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA COM POPS, COM SUPERVISÃO E TREINAMENTOS, OS POPS DE LIMPEZA ESTÃO ATUALIZADOS, DATADOS E ASSINADOS.

ELABORA RELATÓRIOS COM DADOS INFORMATIVOS E INDICADORES DE CONTROLE MENSALMENTE E ESSES RELATÓRIOS SÃO DIVULGADOS NAS REUNIÕES AGENDADAS DA COMISSÃO, PORÉM NÃO EXISTIRAM REUNIÕES MENSASIS.

O HOSPITAL DISPÕE DE MECANISMO PARA UTILIZAÇÃO DE CASOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR POS-ALTA ATRAVÉS DE BUSCA FONADA.

A COMISSÃO NOTIFICA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OS CASOS DIAGNOSTICADOS OU SUSPEITOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA.

OS MEMBROS EXECUTORES DA CCIH NÃO CONTAM COM A ATUAÇÃO MÉDICO INFECTOLOGISTA, ONDE FOI INFORMADO QUE ESTÁ EM FASE DE CONTRATAÇÃO, CONTA COM UM ENFERMEIRO E UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM QUE REALIZAM OITO HORAS DIÁRIAS, ONDE REALIZAM VISITAS DIÁRIAS NAS UNIDADES DO HOSPITAL, SENDO FUNCIONÁRIOS EXCLUSIVOS DA SCIH.

O SCIH POSSUI CONTROLE DAS TAXAS DE INFECÇÕES URINÁRIA, CIRÚRGICA, RESPIRATÓRIA, CUTÂNEA, CORRENTE SANGUÍNEA, AS TAXAS DE INFECÇÕES POR PROCEDIMENTO, A TAXA DE INFECÇÃO EM CIRURGIA LIMPA, QUE SEGUEM EM ANEXO NO PROCESSO.

NÃO POSSUI O PERCENTUAL DE ANTIMICROBIANO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES E NEM A TAXA DE LETALIDADE POR INFECÇÃO HOSPITALAR.

A CCIH COMUNICA DE FORMA PARCIAL A COMISSÃO ESTADUAL A SITUAÇÃO DO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, POIS NÃO FOI ENVIADO A PLANILHA DE INFECÇÃO HOSPITALAR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.

No.000608/17

REALIZOU ALGUNS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES AOS COLABORADORES, SEM PERIODICIDADE MENSAL COMO REGISTRADO NO REGIMENTO INTERNO, REGISTRADAS NOS MESES ABRIL E JUNHO DE 2016 E A ÚLTIMA EM 05/2017, POIS FOI RELATADO QUE NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO O HOSPITAL PASSOU POR DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS ADMINISTRATIVAS.

O SERVIÇO DE LIMPEZA É PRÓPRIO COM OS POPS ATUALIZADOS. A CCIH OFERECE TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA, PORÉM SEM UMA PERIODICIDADE, SENDO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E MARÇO E MAIO DE 2017.

OS POPS DE BIOSSEGURANÇA E DISPOSITIVOS ESTÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, DATADOS E ASSINADOS.

O SERVIÇO DE LAVANDERIA É TERCEIRIZADO PELA LAVSIM, DEVIDAMENTE LICENCIADA PELA VISA MUNICIPAL.

LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA VENCIDA, SENDO A ÚLTIMA REALIZADA EM OUTUBRO DE 2016. ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO NÃO FOI APRESENTADO.

CLINICA MÉDICA CIRURGICA E PEDIATRIA – CONVÊNIOS/ PARTICULAR/SUS

POSSUI 24 LEITOS SUS, 08 LEITOS CONVÊNIOS/PARTICULAR, PEDIATRIA 4 LEITOS SUS E 04 LEITOS PSIQUIÁTRICOS.

POPS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, DATADOS E ASSINADOS.

PLANILHAS DE LIMPEZA DA ESTRUTURA FÍSICA NECESSITAM SER REVISTAS POIS NÃO POSSUEM REGISTRO DE LIMPEZA TERMINAL E HÁ NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE EXECUÇÃO E REGISTRO DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS COMPARTILHADOS COMO SUPORTES, BOMBA DE INFUSÃO, CADEIRA DE BANHO, DENTRE OUTROS.

HÁ BOMBAS DE INFUSÃO E RÉGUAS DE OXIGÊNIO NOS LEITOS, NÃO POSSUE PONTO DE VACUO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO DE VIAS AÉREAS, SENDO UTILIZADO ASPIRADOR PORTÁTIL.

ÁREA SEMI-INTENSIVA ANEXA AO POSTO DE ENFERMAGEM ORGANIZADA E LIMPA; CAIXA DE EMERGÊNCIA LACRADA E COM VISTO DA ENFERMEIRA RESPONSÁVEL.

SALA DE MEDICAÇÃO POSSUI ARMÁRIO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

PRESENÇA DE POLTRONAS RASGADAS.

PAREDES E PISOS COM AVARIAS.

ROUPARIA: ESPAÇO LIMPO E ORGANIZADO APRESENTA OS PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS.

EXPURGO: HÁ FALHAS NO PISO. NÃO HÁ LIXO ACIONADO POR PEDAL. OS ARMÁRIOS ESTÃO DETERIORADOS POR AÇÃO DE CUPINS.

QUARTOS: HÁ NECESSIDADE DE REPAROS/TROCAS NO MADEIRAMENTO/BATENTES DA MAIORIA DOS QUARTOS. A VENTILAÇÃO TAMBÉM É BASTANTE DIFICULTADA. TODOS OS QUARTOS POSSUEM DISPENSADORES DE ÁLCOOL GEL ABASTECIDOS. CAMPAINHAS NÃO FUNCIONAM E COLCHÕES DANIFICADOS.

HÁ FALHAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CORREDOR. OS QUARTOS DA PEDIATRIA, ASSIM COMO A MAIORIA DOS LEITOS, NECESSITAM DE MOBILIÁRIO RENOVADO POR QUESTÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA.



No.000608/17

DML: AUSÊNCIA DE TANQUE E SEM VENTILAÇÃO, MOBILIÁRIO DE MADEIRA
PRESENÇA DE SANITÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS.
BRINQUEDOTECA DESCARACTERIZADA.
NÃO HÁ CARRINHO DE EMERGENCIA E DESFIBRILADOR
PLANILHA DE LIMPEZA SEM REGISTRO DE LIMPEZA TERMINAL E CAIXAS PARA
TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO COM SUJIDADES.

LAVANDERIA

SERVIÇO DE LAVANDERIA FOI TERCEIRIZADO PELA EMPRESA LAVSIM, QUE POSSUI
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA VISA MUNICIPAL.

ÁREA LIMPA

O ACESSO É RESTRITO AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR E O FLUXO É UNIDIRECIONAL.
EXECUTA LIMPEZA DO CARRINHO DE TRANSPORTE COM ÁLCOOL, MAS NÃO DAS RODAS.
HÁ TOUCAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO LOCAL.
HÁ NA ENTRADA DA ÁREA LIMPA DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL.
HA EXTINTOR DE INCÊNDIO NO LOCAL.
PRATELEIRAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO, SE APRESENTAM COM AÇO DETERIORADO.
CONSTATADO O USO DE EPIS PELAS COLABORADORAS.
O LOCAL POSSUI SECADORA, CALANDRA E CENTRIFUGA SEM USO.
FIAÇÃO EXPOSTA.

ÁREA SUJA

EXISTE NO LOCAL CONTROLE DE PESAGEM DE ROUPAS SUJAS.
NÃO HÁ DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL NO LOCAL.
A ROUPA SUJA É SEPARADA COM O MÍNIMO DE AGITAÇÃO POSSÍVEL E CHEGA À
LAVANDERIA EM CARRINHO FECHADO TIPO HAMPER EM SACO BRANCO. A ROUPA É
PESADA E REGISTRADA EM MAPA DIÁRIO. APÓS PESADAS, AS ROUPAS SÃO
ENCAMINHADAS PARA A EMPRESA LAVSIM.
AS ROUPAS ESTAVAM ORGANIZADAS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.
HÁ TELAS NAS JANELAS DESTA SALA.
HÁ NECESSIDADE DE LIMPEZA GERAL, NAS MÁQUINAS, APESAR DESTAS NÃO ESTAREM
SENDO USADAS.
VERIFICADO PRESENÇA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ÁREA EXTERNA DA LAVANDERIA,
NECESSITANDO DE ADEQUAÇÕES.

ALMOXARIFADO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA

OS PRODUTOS SANEANTES SÃO DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DENTRO DOS PRAZOS DE VALIDADE.
NECESSITA DE MANUTENÇÃO GERAL, POIS SE APRESENTA EM ESTADO DE
DETERIORAÇÃO.

NECROTÉRIO

No.000608/17

HÁ PLANILHA DE CONTROLE DE LIMPEZA DIÁRIA DE HIGIENIZAÇÃO QUE NECESSITA SER REVISTA
APRESENTA PIA E DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL.
LIXEIRAS QUEBRADAS
NÃO HÁ RALO DENTRO DO NECROTÉRIO.

RADIOLOGIA

TRATA-SE DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA SEM ALVARÁ SANITÁRIO VIGENTE.
O SETOR REALIZA MAMOGRAFIA, RX SIMPLES E SEM CONTRASTE E ULTRASSONOGRAFIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO PELA DIAG MED, CNPJ 08294531/0002-27 REPRESENTADA POR MARCIO ZAIN DAN XOCARA.
HÁ A NECESSIDADE IMEDIATA DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE CONFORME AS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERANTE O ORGÃO SANITÁRIO.
PLANILHA DE LIMPEZA SEM REGISTRO DE LIMPEZA TERMINAL E CAIXAS PARA TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO COM SUJIDADES.

PRONTO-ATENDIMENTO

SETOR RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS, CONVÊNIO E PARTICULARES.
TRATA-SE DE SERVIÇO INSTALADO EM ESTRUTURA SEM LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (LTA) APROVADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.
O ESPAÇO É COMPOSTO DE SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO QUE DÃO ACESSO AOS CORREDORES DOS CONSULTÓRIOS E À ÁREA DE OBSERVAÇÃO. NOTA-SE PROBLEMA SÉRIO COM A VENTILAÇÃO DO LOCAL QUE POSSUI JANELAS QUE DESFAVORECEM A CIRCULAÇÃO DE AR, E, APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE NÃO FUNCIONAM ADEQUADAMENTE. RESSALTAMOS QUE EXISTEM PONTOS ONDE HÁ VEDAÇÃO DAS JANELAS, COM CIRCULAÇÃO INEXISTENTE DE AR.
O FLUXO DE CIRCULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES TAMBÉM É NOTAVELMENTE PREJUDICADO PELA CONFORMAÇÃO ATUAL DO SERVIÇO. OS CASOS DE EMERGÊNCIA ENTRAM PELO ACESSO COMUM E NECESSITAM CIRCULAR PELA ÁREA DO PRONTO ATENDIMENTO ATÉ CHEGAR AO DEVIDO ESPAÇO PARA ASSISTÊNCIA.
HÁ 7 CONSULTÓRIOS DISPONÍVEIS, SEM A METRAGEM MÍNIMA ESPERADA, SEM CONDIÇÕES IDEAIS DE ACESSIBILIDADE E VENTILAÇÃO, PAREDES COM PONTOS DE BOLOR, RODAPÉS COM AVARIAS QUE PERMITEM ACÚMULO DE RESÍDUOS, LIXEIRAS QUEBRADAS.
A SALA DE PROCEDIMENTOS DE ORTOPEDIA/GESSO ENCONTRAVA-SE DESORGANIZADA E COM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE LIMPEZA. NOTA-SE ESPAÇO BASTANTE RESTRITO NO LOCAL.
SALA DE MEDICAÇÃO: HÁ VÁRIOS PONTOS DE MOFO E BOLOR NAS PAREDES, COM ACÚMULO EXCESSIVO DE MATERIAIS/INSUMOS SOBRE A BANCADA DE PREPARO DE MEDICAÇÕES; NÃO HÁ PORTA QUE ISOLE A ÁREA DO CORREDOR DE ACESSO (SENDO UTILIZADOS BIOMBOS).

No.000608/17

OBSERVAÇÃO INFANTIL: AS CAMAS ESTÃO DISPOSTAS DE MODO INADEQUADO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ TELAS OU GRADES NAS JANELAS, O QUE PODE LEVAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES.

SALA DE EMERGÊNCIA: CONTA COM DOIS LEITOS SEM BARREIRA FÍSICA QUE OS SEPAREM. NÃO HÁ PORTA QUE ISOLE A SALA DO RESTANTE DA ESTRUTURA. HÁ PONTOS DE BOLOR E MOFO. FIAÇÃO EXPOSTA E JANELA SEM TELA. NÃO FOI CONSTATADA EVIDÊNCIAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS. O MOBILIÁRIO ESTÁ VISIVELMENTE DANIFICADO, NECESSITANDO REPAROS.

SALA DE OBSERVAÇÃO ADULTO: O ESPAÇO CONTA COM LEITOS DISTRIBUIDOS SEM BARREIRA FÍSICA QUE PERMITA PRIVACIDADE. HÁ DIVERSOS PONTOS DE BOLOR E RACHADURAS NAS PAREDES. HÁ PONTOS DE FALHA NO FORRO, QUE PERMITEM INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS NO INTERIOR DO ESPAÇO, ALÉM DE GERAR RISCOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS NO SERVIÇO. HÁ SALA DE 'ISOLAMENTO' QUE NÃO POSSUI VENTILAÇÃO ADEQUADA E NEM OFERECE CONDIÇÕES DE PRIVACIDADE. O BANHEIRO DE USO DOS PACIENTES ESTÁ INVIÁVEL, COM O FORRO EXTREMAMENTE DANIFICADO, GERANDO RISCOS IMINENTES AOS USUÁRIOS DO ESPAÇO – INTERDITADO.

ALÉM DISSO CONTA COM ESPAÇOS DESTINADOS À SALA DE SUTURA E DE TRIAGEM, AMBAS COM O MESMO PERFIL DE PROBLEMAS RELATADOS EM OUTROS ESPAÇOS. HÁ UM QUARTO, INFORMALMENTE DESTINADO AO ISOLAMENTO RESPIATÓRIO QUANDO HÁ DEMANDA DESSA CLIENTELA. NO ENTANTO, O ESPAÇO NÃO POSSUI CONDIÇÕES MÍNIMAS DE VENTILAÇÃO.

AS POLTRONAS DA RECEPÇÃO SÃO DE MATERIAL QUE NÃO FAVORECEM A HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES (TECIDO);

DE MODO GERAL NÃO FORAM VISTAS PLANILHAS ATUALIZADAS DA EQUIPE DE LIMPEZA. A CIRCULAÇÃO DE PACIENTES E USUÁRIOS É EXTREMAMENTE DIFÍCIL E NÃO FAVORECE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. A CIRCULAÇÃO DE AR É INSUFICIENTE E INADEQUADA, NECESSITANDO URGENTEMENTE REVER FLUXOS, PRINCIPALMENTE DA ENTRADA DE EMERGÊNCIA VIA AMBULÂNCIA.

ASSI, SUGERIMOS AÇÕES DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO ATUAL OU A RETOMADA DO PRONTO ATENDIMENTO AO ESPAÇO PREVIAMENTE OCUPADO.

EM RELAÇÃO À SALA DE EMERGÊNCIA HÁ A POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PORTA NA SALA ATUALMENTE DESTINADA, TRANSFERINDO O ACESSO DOS CASOS DE URGÊNCIA PELOS FUNDOS DO HOSPITAL. NO ENTANTO, TAL MODIFICAÇÃO IMPLICARIA EM REDUÇÃO DE 2 PARA 1 LEITO, UMA VEZ QUE A ADAPTAÇÃO REDUZIRIA O ESPAÇO TOTAL DA SALA.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

A VISTORIA FOI ACOMPANHADA PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA- NUTRICIONISTA FLÁVIA MARIA P. ARRUDA, CRN 45456. DURANTE A VISTORIA FOI OBSERVADO FUNCIONÁRIOS UNIFORMIZADOS, LIMPOS E SEM ADORNOS.

No.000608/17

O ESTABELECIMENTO POSSUI MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E POPS ATUALIZADO, ALÉM DISSO CURSOS DE CAPACITAÇÃO FOI OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS COM OS SEGUINTE TEMAS : HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, MANEJO DE DILUIÇÃO DE PRODUTOS , HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS, MÃOS E PRODUÇÃO NO LACTÁRIO.

A ÁREA DE PRÉ PREPARO DOS ALIMENTOS ENCONTRAVA-SE ORGANIZADA E LIMPA EVITANDO QUALQUER TIPO DE CONTAMINAÇÃO, JANELAS TELADAS, EXCETO UMA QUE REQUER REPAROS.

A ÁREA DE PRODUÇÃO APRESENTA COIFA FUNCIONANTE E COM DATA DETERMINADA PARA SUA LIMPEZA. LIXEIRAS COM PEDAL, LÂMPADAS SEM PROTEÇÃO, RALOS E GRELHAS NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO. RESSALTANDO QUE OS MESMOS NÃO SÃO SINFONADOS. O LIXO É DEPOSITADO EM RECIPIENTES COM TAMPAS ACIONADAS POR PEDAIS.

AS AMOSTRAS DE ALIMENTOS SÃO GUARDADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA.

O PISO É CONSTITUÍDO DE MATERIAL LISO E ANTIDERRAPANTE. A ILUMINAÇÃO GARANTE UMA BOA EXECUÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS. HÁ UM LAVATÓRIO EXCLUSIVO COM SABÃO LÍQUIDO E PAPEL TOALHA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.

A ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS ESTAVA ORGANIZADA, LÂMPADAS SEM PROTEÇÃO E ALGUNS ALIMENTOS SOBRE PALLETS.

OS REFRIGERADORES E FREEZERS ESTÃO ADEQUADOS AS MÍNIMAS NECESSIDADES.

HÁ CARTAZES EDUCATIVOS SOBRE A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, EXCETO SOBRE A CORRETA HIGIENIZAÇÃO DOS HORTIFRUTÍCOLAS.

A CÂMARA FRIA NECESSITA DE MANUTENÇÃO, OS FIOS ENCONTRAVAM-SE SOLTOS E EXPOSTOS E AINDA AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO (ROUPA) ADEQUADO PARA SUA UTILIZAÇÃO.

A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE E DAS INSTALAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DETERMINADAS NESSA PORTARIA. OS PRODUTOS SANEANTES SÃO ARMAZENADOS SEPARADAMENTE.

A ÁGUA UTILIZADA É DA REDE SABESP E SUA QUALIDADE É SATISFATÓRIA E ANALISADA PERIODICAMENTE.

O SISTEMA DE ESGOTO É INADEQUADO. OS DESPEJOS DAS PIAS DE PRODUÇÃO NÃO PASSAM POR CAIXA DE GORDURA INSTALADA FORA DA ÁREA DE MANIPULAÇÃO.

O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS ENCONTRA-SE ATUALIZADO BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO CONTROLE DE PRAGAS.

AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NÃO SE COMUNICAM DIRETAMENTE COM A ÁREA DE ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO E REFEITÓRIOS. OS VESTIÁRIOS POSSUEM ARMÁRIOS INDIVIDUAIS, MICTÓRIO COM DESCARGA, PAPEL HIGIÊNICO, PIA COM SABONETE. MAS NÃO HÁ LIXEIRA COM PEDAL E CARTAZES INSTRUTIVOS SOBRE A CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.

A ÁREA DE ENTRADA DO LACTÁRIO DISPÕE DE DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO, ÁGUA E AVENTAL. O LOCAL APRESENTAVA -SE LIMPO E COM BOA ILUMINAÇÃO, NA SALA POSTERIOR OBJETOS ENCONTRAVAM -SE ORGANIZADOS. AS GELADEIRAS COM PONTOS

No.000608/17

DE FERRUGEM, NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO. A SALA RESPONSÁVEL EM GUARDAR MATERIAIS E MAMADEIRAS ENCONTRAVA-SE LIMPA E OS OBJETOS BEM ACONDICIONADOS. AS JANELAS DO LACTÁRIO REQUER REPAROS NAS TELAS E AS LÂMPADAS PROTEÇÃO. ALÉM DE POPS SOBRE A DSIINFEÇÃO DE MAMADEIRAS.

CENTRO CIRÚRGICO/ CENTRO OBSTÉTRICO

ESTAS DUAS UNIDADES ESTÃO INTERLIGADAS, COM ACESSO COMUM AOS FUNCIONÁRIOS E ACESSO DIFERENCIADO PARA OS PACIENTES (UMA PORTA PARA FLUXO DE PACIENTES CIRÚRGICOS E OUTRA PARA FLUXO DE PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO).

VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO: CONTAM COM BANHEIRO, ARMÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS, PRATELEIRAS COM AS ROUPAS UTILIZADAS DENTRO DO CENTRO CIRÚRGICO E CESTO PARA COLETA DAS ROUPAS.

O CENTRO CIRÚRGICO ATUA DE FORMA ELETIVA COM CIRURGIAS AGENDADAS DAS 7HS ÀS 17HS, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA. NOS HORÁRIOS ALÉM DOS ESPECIFICADOS SÃO REALIZADOS APENAS PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA.

A SALA DE CONFORTO MÉDICO CONTA COM SOFÁ, FILTRO DE ÁGUA E TELEVISÃO SOMENTE. DENTRO DO ALMOXARIFADO ENCONTRAM-SE MATERIAIS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DO SETOR, DEVIDAMENTE ORGANIZADOS; HÁ MALETAS DE EMERGÊNCIA E DE PSICOTRÓPICOS DEVIDAMENTE LACRADAS E COM PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DAS MESMAS, ONDE ASSINALA-SE A DATA E A IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE DO PROCEDIMENTO.

AS SALAS 1, 2, 4 SÃO UTILIZADAS PARA CIRURGIAS MAIORES E OCASIONALMENTE PARTOS CIRÚRGICOS (QUANDO HÁ FLUXO INTENSO DE PACIENTES). TODAS ELAS CONTAM COM FOCO CIRÚRGICO E FOCO AUXILIAR, ASPIRADOR PORTÁTIL, MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS, BISTURI ELÉTRICO, SAÍDA DE OXIGÊNIO, NEGATOSCÓPIO, PISO REVESTIDO POR MATERIAL CERÂMICO E SUPERFÍCIE LAVÁVEL, 1 DESFIBRILADOR PARA USO EM TODAS AS SALAS.

A SALA 3 ATUALMENTE ESTÁ SENDO UTILIZADA PRA ARMAZENAMENTO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS, NO QUAL ESTAVA ORGANIZADA, PRESENÇA DE UMA GELADEIRA COM REGISTRO DE TEMPERATURA ADEQUADA

A SALA 6 É DESTINADA PARA PARTOS NORMAIS, CONTANDO APENAS COM MATERIAIS BÁSICOS, UMA MACA, MONITOR DE SINAIS VITAIS, A MEDICAÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA MALETA, A QUAL NÃO É IDENTIFICADA POR PACIENTE, POIS NEM SEMPRE OS PARTOS NORMAIS ESTÃO AGENDADOS DENTRO DA ROTINA DO CENTRO CIRÚRGICO.

A MEDICAÇÃO UTILIZADA É INFORMADA EM PLANILHA PRÓPRIA COM A IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE E TODA A MEDICAÇÃO NÃO UTILIZADA É ENVIADA PARA A FARMÁCIA COM A PLANILHA, DENTRO DA MALETA. CONTA COM DESCARPACK, CESTOS DE LIXO COM SACOS BRANCOS/PRETO, ACIONADOS POR PEDAL, QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO, ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E UMA MESA PARA MATERIAIS DE ASSEPSIA.

NA SALA 5 SÃO REALIZADOS OS PARTOS CIRÚRGICOS. CONTA COM OXÍMETRO, MONITOR DE SINAIS VITAIS, SAÍDA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, 1 REFLETOR CIRÚRGICO.

No.000608/17

NA SALA DO RECÉM-NASCIDO SÃO REALIZADOS OS PRIMEIROS CUIDADOS. CONTA COM 2 BERÇOS AQUECIDOS, UMA BALANÇA DIGITAL, PIA COM ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SAÍDA DE OXIGÊNIO, AQUECEDOR PORTÁTIL E MALETA COM MATERIAL DE EMERGÊNCIA LACRADA.

UM DOS LAVABOS DO CENTRO CIRÚRGICO É UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, POSSUI TORNEIRA ACIONADA PELO COTOVELO. O OUTRO LAVABO EXISTENTE NO CENTRO CIRÚRGICO É DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA GERAL DO AMBIENTE, POIS NÃO EXISTE DML.

O ESPAÇO DESTINADO À RPA TEM ESPAÇO APENAS PARA 02 MACAS E CONTA COM MONITOR DE SINAIS VITAIS, OXÍMETRO E 02 PONTOS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, PORÉM NÃO POSSUE A QUANTIDADE DE LEITOS CONFORME LEGISLAÇÃO, ALÉM DE NÃO POSSUIR ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

A SALA DE PRÉ-PARTO LOCALIZA-SE EM CORREDOR SEMI-RESTRITO, CONTANDO COM TRÊS LEITOS E 1 BANHEIRO, JANELAS QUE IMPOSSIBILITAM SUA ABERTURA.

AR CONDICIONADO EM PESSIMO ESTADO DE INSTALAÇÃO E NÃO FOI APRESENTADO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO.

POSSUI UMA CÂMARA ESCURA NO QUAL SE APRESENTOU SEM A DEVIDA HIGIENE, DESORGANIZADA E AMBIENTE INSALUBRE COM RESÍDUOS QUÍMICOS.

LUMINÁRIAS SEM PROTEÇÃO.

CAIXAS DE MATERIAIS E INSUMOS CIRÚRGICOS LOCADOS EM ÁREA ONDE HÁ CIRCULAÇÃO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS.

PAREDES NECESSITAM DE MANUTENÇÃO, POIS APRESENTAM RACHADURAS.

VERIFICADO MOCHO RASGADO E DE MADEIRA.

NÃO POSSUEM TELAS NAS JANELAS.

PLANILHA DE LIMPEZA SEM REGISTRO DE LIMPEZA TERMINAL E CAIXAS PARA TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO COM SUJIDADES.

CENTRAL DE MATERIAL

É COMPOSTA POR QUATRO AMBIENTES: ÁREA SUJA, ÁREA DE PROCESSAMENTO, ARSENAL E SALETA ADMINISTRATIVA.

NA ÁREA SUJA, O MATERIAL CONTAMINADO É RECEBIDO E PREPARADO PARA OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM CAIXA DE PLÁSTICO HERMETICAMENTE FECHADA.

O FLUXO DO MATERIAL CONTAMINADO NÃO PASSA PELA ÁREA LIMPA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS, O QUE VAI DE ENCONTRO COM AS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AS JANELAS SE ENCONTRAVAM ABERTAS POIS NÃO HÁ VIDRO, IMPEDINDO A BARREIRA FÍSICA ENTRE A ÁREA LIMPA E SUJA, MANTENDO CONSTANTE CONTATO COM A ÁREA LIMPA E ESTÉRIL. NA ÁREA SUJA NÃO POSSUI VENTILAÇÃO.

NA AREA SUJA OCORRE A DESINFECÇÃO DOS MATERIAS DESTINADOS A OXIGENOTERAPIA, OCORRENDO CRUZAMENTO DO FLUXO LIMPO E SUJO.



No.000608/17

NÃO HÁ GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS.

EXISTE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA EM MURAL SOBRE OS MÉTODOS DE DILUIÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS, PORÉM, NÃO FOI APRESENTADO PROTOCOLO COM DOCUMENTAÇÃO FORMALIZADA SOBRE TAL. OS PRODUTOS SANEANTES DE USO FRACIONADO NÃO POSSUÍAM IDENTIFICAÇÃO CLARA QUANTO A DATA DE ABERTURA E VALIDADE.

A ÁREA DE PROCESSAMENTO É O LOCAL ONDE O MATERIAL, APÓS LIMPEZA/DESINFECÇÃO, É EMBALADO E ESTERILIZADO. NO LOCAL HÁ DUAS AUTOCLAVES EM FUNCIONAMENTO E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ADEQUADA. ALÉM DISSO APRESENTA AVARIAS NOS PISOS ATRÁS DAS AUTOCLAVES.

NÃO CONSTA SELO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO FUNCIONANTE. O LOCAL UTILIZA PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA EMBALAGEM DE MATERIAIS ESTERILIZÁVEIS. PARA FINS DE CONTROLE DOS MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO SÃO REALIZADOS OS TESTES DE BOWIE DICK (DIARIAMENTE) E BIOLÓGICO (SEMANALMENTE), AMBOS COM EVIDÊNCIAS DOCUMENTADAS EM LIVRO ATA, CONTENDO RESULTADOS E IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTANTE.

NO ARSENAL SÃO MANTIDOS OS MATERIAIS JÁ PROCESSADOS ATÉ A SUA UTILIZAÇÃO. O ESPAÇO É AMPLO, CLARO E VENTILADO. OS MATERIAIS EMBALADOS SÃO ARMAZENADOS EM CESTOS PLÁSTICOS VAZADOS QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DO RECIPIENTE. OS CESTOS ESTÃO EM PRATELEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPERFÍCIE FACILMENTE HIGIENIZÁVEIS E IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS EM ETIQUETAS, NO MOMENTO DA VISTORIA FOI OBSERVADO MATERIAIS NO CHÃO.

OS MATERIAIS PROCESSADOS CONTÊM EM SUA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO DE EMBALAGEM E PROCESSAMENTO, E A DATA EM QUE FOI PROCESSADO.

NÃO FOI APRESENTADA EVIDÊNCIA DOCUMENTAL QUE EMBASASSE A DATA DE VALIDADE REFERIDA DOS PRODUTOS PROCESSADOS.

A SALETA ADMINISTRATIVA CONTA COM MESA E TELEFONE ONDE AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PODEM SER MANEJADAS. NESTE LOCAL FOI POSSÍVEL AVERIGUAR AS ESCALAS DE ENFERMAGEM E DE TRABALHO DO CORPO FUNCIONAL, AMBAS DATADAS DO MÊS CORRENTE, COM IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA E RUBRICA DAS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO.

OS PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM E DE CCIH FORAM VISTORIADOS E ENCONTRAM-SE ADEQUADOS.

DE MODO GERAL, OS AMBIENTES DO CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO, E, CENTRAL DE MATERIAL POSSUEM HIGIENE SATISFATÓRIA. NÃO HÁ ACÚMULO DE RESÍDUOS OU POEIRA NO CHÃO, MOBILIÁRIO OU PAREDES.

RODAPÉS HÁ INDÍCIOS DE CUPIM, ASSIM COMO NAS PORTAS DE MADEIRA.

MATERNIDADE

APRESENTA 16 LEITOS SUS, 06 CONVÊNIO E PARTICULAR, TODOS COM UM BANHEIRO SERVINDO CADA DOIS QUARTOS. CONTA COM UM QUARTO DE OBSERVAÇÃO COM 1 LEITO

No.000608/17

PARA MEDICAÇÃO, UM CONSULTÓRIO MÉDICO, POSTO DE ENFERMAGEM, SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS, ROUPARIA E CONFORTO MÉDICO COM COZINHA, BANHEIRO ADJACENTE À COZINHA (COM JANELA VOLTADA PARA ESTA), DOIS DORMITÓRIOS EQUIPADOS COM AR-CONDICIONADO.

HÁ UM ARMÁRIO COMPLETAMENTE SEM PORTA E ABERTO ONDE HÁ SINAIS GRAVES DE INFESTAÇÃO DE CUPINS TAL COMO PRESENÇA INTENSA DE SUJIDADE E POEIRA. NÃO FOI EVIDENCIADO NO ARMÁRIO MATERIAIS DE USO JUNTO AOS PACIENTES (COMADRES, BACIAS, JARROS).

A EQUIPE É INFORMADA EM ESCALA MENSAL E DE TRABALHO, AMBAS VÁLIDAS PARA O MÊS CORRENTE E COM RUBRICA DA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO. HÁ AO MENOS UM ENFERMEIRO RESPONSÁVEL POR CADA PERÍODO DE TRABALHO.

POPS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, ASSINADOS E DATADOS.

NO POSTO DE ENFERMAGEM A CAIXA DE PSICOTRÓPICOS ENCONTRAVA-SE ADEQUADAMENTE LACRADA. O ESPAÇO SOB A PIA É UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE ALGUNS PRODUTOS QUÍMICOS E BANDEJAS/CUBAS. NO POSTO DE ENFERMAGEM HÁ LIXEIRAS ACIONADAS POR PEDAL QUEBRADAS E DEDICADAS AO DESCARTE DE MATERIAIS INFECTANTES E COMUNS.

MUITAS MEDICAÇÕES ESTÃO EXPOSTAS AO SOL.

AS CAIXAS DE DESCARTE DE PERFUROCORCORTANTES ESTÃO FIXADAS EM ÁREA CONSIDERADA BAIXA DEMAIS, O QUE PODE FAVORECER A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES. O CONSULTÓRIO MÉDICO ESTÁ LOTADO EM SALA AO LADO DO POSTO DE ENFERMAGEM, ANTECEDIDO POR UMA SALA DE ESPERA. O ESPAÇO DEDICADO AO CONSULTÓRIO É RELATIVAMENTE PEQUENO, PORÉM, PERMITE A CIRCULAÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE NO ESPAÇO. DENTRO DESTES ESPAÇOS FORAM ENCONTRADAS ALMOTOLIAS CONTENDO GEL (PARA PROCEDIMENTO DE AUSCULTA CARDIOFETAL), ÁLCOOL E POLVIDINE, TODOS COM DATA DE VALIDADE OK.

REGISTRO DE TEMPERATURA ADEQUADO. PISOS, PAREDES, CORTINAS E PORTAS COM AVARIAS NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO URGENTE.

ABERTURA NO FORRO NO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS.

PAREDES, PORTAS, RODAPÉS E PISOS COM AVARIAS.

PLANILHA DE LIMPEZA SEM REGISTRO DE LIMPEZA TERMINAL E CAIXAS PARA TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO COM SUJIDADES.

NÃO POSSUI DML E EXPURGO.

BERÇÁRIO

O BERÇÁRIO É UTILIZADO PARA A RECEPÇÃO DO RECÉM-NASCIDO DA SALA DE PARTO, PRESTAÇÃO DE CUIDADOS COMO BANHO E COLETA DE EXAMES, E, INTERNAÇÃO DOS RECÉM-NASCIDOS IMPOSSIBILITADOS DE PERMANECER EM ALOJAMENTO CONJUNTO COM AS MÃES.

O ACESSO É RESTRITO E SE DÁ POR DUAS PORTAS: UMA EM FRENTE AO POSTO DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE E OUTRA PRÓXIMA A SALA DE PRÉ PARTO.



No.000608/17

TODOS OS AMBIENTES APRESENTAM PISOS, PORTAS E PAREDES COM AVARIAS :
É COMPOSTO POR QUATRO AMBIENTES: ANTESSALA, POSTO DE ENFERMAGEM, BERÇÁRIO E ÁREA DE CUIDADOS, E, BERÇÁRIO PATOLÓGICO. NA ANTESSALA FICAM ARMAZENADOS INSUMOS NÃO PERECÍVEIS COMO CARTEIRAS DE VACINAÇÃO E SERINGAS, MATERIAIS DE USO PRÓPRIO DOS COLABORADORES DO SETOR, E, HÁ UMA GELADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS E IMUNOBIOLOGICOS.

A GELADEIRA POSSUI MAPA DE REGISTRO DIÁRIO DE TEMPERATURAS COM REGISTRO ADEQUADO DOS DADOS. NO POSTO DE ENFERMAGEM FICAM LOTADOS OS PRONTUÁRIOS DOS RECÉM-NASCIDOS E OS DOCUMENTOS PERTINENTES AO SETOR. HÁ ESCALA DE ENFERMAGEM DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA PELA ENFERMEIRA RESPONSÁVEL. OS PROTOCOLOS DATADOS E ASSINADOS.

NO BERÇÁRIO HÁ BANCADAS DEDICADAS AO CUIDADO DOS RECÉM-NASCIDOS E UMA PIA COM CUBA PROFUNDA ONDE É REALIZADO O BANHO DOS MESMOS. OS RECÉM-NASCIDOS FICAM ACOMODADOS EM BERÇOS AQUECIDOS ATÉ SUA ALTA PARA O ALOJAMENTO CONJUNTO. HÁ ISOLETES ONDE OS RECÉM-NASCIDOS INSTÁVEIS FICAM INTERNADOS. NÃO VISUALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS.

APARELHO DE AR CONDICIONADO SEM REGISTRO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

SOBRECARGA NAS TOMADAS SEM ADAPTADORES SUFICIENTES.

EXCESSO DE MATERIAIS SOBRE A BANCADA DE CUIDADOS DO RN.

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA QUEBRADO.

BERÇO DE ACRÍCULO REMENDADO COM ESPARADRAPPO.

PAREDES, PORTAS E PISOS COM AVARIAS.

NÃO VISUALIZADO REGISTRO DA DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

PLANILHA DE LIMPEZA SEM REGISTRO DE LIMPEZA TERMINAL E CAIXAS PARA TTRANSPORTE DE MEDICAÇÃO COM SUJIDADES.

ÁREA DO BERÇARIO PATOLÓGICO NECESSITA DE REPAROS EM PISOS E PAREDES, LAMPADAS QUEBRADAS, TOMADA ELÉTRICA SEM ENCAIXE AOS EQUIPAMENTOS.

- Considerações finais:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CENTRO CIRURGICO

PROVIDENCIAR:

- MANUTENÇÃO DO PISO, RODAPÉS E AS PORTAS DE MADEIRA;
- REALIZAÇÃO E REGISTRO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS;
- ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CÂMARA ESCURA;
- VENTILAÇÃO FORÇADA NA CÂMARA ESCURA;
- ADEQUAÇÃO O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE;
- REPARO DO VIDRO QUEBRADO NA AREA SUJA DA CME;
- RETIRADA DOS MATERIAIS DO CHÃO DO ARSENAL;

No.000608/17

- ELABORAÇÃO DO POP A CERCA DOS PROCEDIMENTOS DA CME;
- ELABORAÇÃO DE UMA PLANILHA DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
- REVISÃO DA PLANILHA DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FÍSICOS (TERMINAL E CONCORRENTE);
- MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS E DISPENSERES;
- ESTRUTURAÇÃO DA RPA CONFORME RDC 50 DE 2002.

MATERNIDADE

PROVIDENCIAR:

- MANUTENÇÃO DOS PISOS, RODAPÉS DE MADEIRA, DAS PAREDES, PORTAS E JANELAS;
- REALIZAÇÃO E REGISTRO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS;
- REPARO DA ABERTURA DO FORRO DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS;
- RETIRADA DO ARMÁRIO PRÓXIMO AO CENTRO CIRÚRGICO;
- ELABORAÇÃO DE UMA PLANILHA DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
- REVISÃO DA PLANILHA DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FÍSICOS (TERMINAL E CONCORRENTE);
- CONSTRUÇÃO DO EXPURGO E DML;
- MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS E DISPENSERES;
- ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO SOB A BANCADA DE MARMORE PARA QUE NÃO HAJA EXPOSIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS A LUZ SOLAR;
- MANUTENÇÃO DAS CAMAS E POLTRONAS DOS QUARTOS

BERÇÁRIO

PROVIDENCIAR:

- ELABORAÇÃO DE UMA PLANILHA DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
- REVISÃO DA PLANILHA DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FÍSICOS (TERMINAL E CONCORRENTE);
- REALIZAÇÃO E REGISTRO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS;
- MANUTENÇÃO DOS BERÇOS E DO BILISPOT;
- MANUTENÇÃO DAS PAREDES, PORTAS, JANELAS E PISOS;
- ORGANIZAÇÃO DA BANCADA DE CUIDADOS DO RN;
- PONTOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME A DEMANDA DOS EQUIPAMENTOS (EVITANDO O USO DE ADAPTADORES);
- MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS E DISPENSERES.
- MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO.

INTERNAÇÃO

PROVIDENCIAR:

- ELABORAÇÃO DE UMA PLANILHA DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
- REVISÃO DA PLANILHA DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FÍSICOS (TERMINAL E CONCORRENTE);
- MANUTENÇÃO DE PISOS, PAREDES E JANELAS;
- REALIZAÇÃO E REGISTRO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS;



No.000608/17

- MANUTENÇÃO NOS ARMÁRIOS;
- SUBSTITUIÇÃO DAS POLTRONAS;
- SUBSTITUIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS DE MADEIRA;
- TELA NAS JANELAS;
- MANUTENÇÃO NAS CAMPAINHAS E LUZES DE EMERGÊNCIA;
- ESTRUTURAÇÃO DO DML DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES;
- MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS E DISPENSERES.

PRONTO SOCORRO

ADEQUAR A ESTRUTURA E PROCESSOS SEGUNDO AS NÃO CONFORMIDADES DESCRITAS EM FICHA DE PROCEDIMENTOS .

ENGENHARIA

PROVIDENCIAR:

- RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO PERANTE O SEU CONSELHO DE CLASSE;
- ADEQUAÇÃO DAS ETIQUETAS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS;
- MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO SETOR;
- CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

CCIH

PROVIDENCIAR:

- CONTRATAÇÃO DO MEDICO INFECTOLOGISTA;
- INDICADORES DO USO DE ANTIMICROBIANOS E LETALIDADE DAS INFECÇÕES HOSPITALARES;
- PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA;
- APROVAÇÃO PELO NOVO DIRETOR TÉCNICO E ENFERMEIRA DA CCIH DO MANUAL TECNICO OPERACIONAIS RELACIONADO AO USO DE ANTIMICROBIANOS;
- CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE;
- ATUAÇÃO DO SCIH E CCIH DE FORMA CONTÍNUA E INTEGRAL;
- LIMPEZA DA CAIXA D ÁGUA;
- REESTRUTURAÇÃO DAS COMISSÕES DE SAÚDE.

LAVANDERIA

PROVIDENCIAR:

- ELABORAÇÃO DE UMA PLANILHA DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;
- REVISÃO DA PLANILHA DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FÍSICOS (TERMINAL E CONCORRENTE);
- MANUTENÇÃO NAS PRATELEIRAS;
- TELAS NAS JANELAS.
- MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ONDE FICAM OS DISPENSADORES DE SANEANTES, ASSIM COMO MANUTENÇÃO DO PORTÃO DESTE ESPAÇO;

No.000608/17

NECROTÉRIO

PROVIDENCIAR:

-RALO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, PARA PROMOVER LIMPEZA DOS RESÍDUOS E MATERIAL CONTAMINANTE (OBSERVAR PGRSS).

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (SND) + LACTÁRIO

PROVIDENCIAR:

-REPARO EM TELA DE JANELA NA ÁREA DE PRE PREPARO;
-PROTEÇÃO DAS LAMPADAS DA ÁREA DE PRODUÇÃO;
-MANUTENÇÃO DE RALOS E GRELHAS;
-MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA E GELADEIRAS;
-EPI PARA OS MANIPULADORES DA CAMARA;
-REPARO E ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO;
-REPARO NAS TELAS E PROTEÇÃO DAS LAMPADAS DO LACTÁRIO.

DOCUMENTAÇÃO

PROVIDENCIAR:

-ADEQUAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS;
-APRESENTAÇÃO DO PCMSO, PPRA E OS DEVIDOS EXAMES PERIÓDICOS DOS COLABORADORES;
-APRESENTAÇÃO DO AVCB;
-PREENCHIMENTO DO ANEXO 11;
-APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO.

LABORATÓRIO

PROVIDENCIAR:

-REGULARIZAÇÃO IMEDIATA DAS ATIVIDADES PERANTE O ÓRGÃO SANITÁRIO.

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

PROVIDENCIAR:

-REGULARIZAÇÃO IMEDIATA DAS ATIVIDADES PERANTE O ÓRGÃO SANITÁRIO.

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

PROVIDENCIAR:

-REGULARIZAÇÃO IMEDIATA DAS ATIVIDADES PERANTE O ÓRGÃO SANITÁRIO.

- Providências:

16.ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO

Satisfatório com restrições

Moderado

30

Conclusão

Risco

Prazo de Adequação

No.000608/17

PROFISSIONAIS

Credencial	Nome
13664	FULVIA E. DE OLIVEIRA CORRÊA E SILVA
9122	FRANCISCO JOSÉ DA CRUZ NETO
17798	ANDREA REGINA DE CAMARGO
	DANIELA CAROLINA DIAS GROKE SILVA

Francisco José da Cruz Neto
Chefe de Serviço de Saúde
Vigilância Sanitária
COREN-SP 255071



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 652/2017-GP

São Roque, 24 de agosto de 2017

270
Leitura em Plenário na
Sessão Ordinária de
28 / 08 / 17

Assunto: Solicitação de DILAÇÃO DE PRAZOS

Secretário


José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

Senhor Vereador Presidente,

Considerando o levantamento que está sendo viabilizado pelas áreas técnicas, vimos solicitar dilação de prazo – por mais 15 dias – para fins de resposta aos seguintes requerimentos oriundos dessa Mui Egrégia Casa de Leis:

- Requerimento nº 146, de autoria do vereador Etelvino Nogueira;
- Requerimento nº 147, de autoria do vereador Etelvino Nogueira;
- Requerimento nº 148, de autoria do vereador Júlio Antonio Mariano.

Colocando-nos à inteira disposição, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos protestos de estima e apreço.

CLAUDIO JOSÉ DE GOÊS
PREFEITO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP
www.saoroque.sp.gov.br
PABX: (11) 4784-8500
Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591
E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br